

版本号: DP160131

TGuide S32 Magnetic Blood Genomic DNA Kit

TGuide S32磁珠法血液基因组DNA提取试剂盒

目录号: DP601

产品内容

产品组成	DP601 (96 preps)
预封装试剂	6 板
磁棒套	12 套
Proteinase K	1 ml
说明书	1 份

TGuide S32血液基因组DNA提取试剂组成

列1/7	列2/8	列3/9	列4/10	列5/11	列6/12
裂解液GHDP	缓冲液PD	缓冲液PD	漂洗液PWDP	洗脱缓冲液TB	磁珠悬浮液GSP1
700 μ l	900 μ l	900 μ l	900 μ l	100 μ l	520 μ l

储存条件

该试剂盒置于室温（15-25℃）干燥条件下，可保存12个月，更长时间的保存可置于2-8℃。2-8℃保存条件下，若溶液产生沉淀，使用前应将试剂盒内的溶液在室温放置一段时间，必要时可在37℃放置10 min，以溶解沉淀。

产品简介

本试剂盒采用具有独特分离作用的磁珠和独特的缓冲液系统，从血液中分离纯化高质量基因组DNA。独特包埋的磁珠，在一定条件下对核酸具有很强的亲和力，而当条件改变时，磁珠释放吸附的核酸，能够达到快速分离纯化核酸的目的。

本产品与TGuide S32自动核酸提取仪完美契合，通过特制的磁棒吸附、转移和释放磁珠，从而实现磁珠和核酸的转移，提高了自动化程度。整个实验过程安全、便捷，提取的基因组DNA片段大，纯度高，质量稳定可靠。

使用本试剂盒纯化的DNA适用于各种常规操作，包括酶切、PCR、文库构建、Southern杂交等实验。

产品特点

简单快速：48 min内即可获得超纯的基因组DNA。

超 纯：获得的DNA纯度高，可直接用于PCR、酶切、杂交等分子生物学实验。

操作步骤

1. TGuide S32血液基因组DNA提取试剂准备

从试剂盒中取出真空包装预包装96深孔板，颠倒混匀数次使磁珠重悬，去掉真空包装，轻甩96深孔板使试剂及磁珠均集中到96深孔板底部（也可使用孔板离心机，500 rpm离心1 min），使用前小心撕去铝箔封口膜，避免96深孔板振动，防止液体溅出。

2. TGuide S32自动核酸提取仪操作步骤

2.1 在96深孔板的第1、7列中分别加入200 μ l血液样本（样品需平衡至室温）和10 μ l Proteinase K溶液，将96深孔板放置于TGuide S32自动核酸提取仪96深孔板底座上。

2.2 将磁棒套插入TGuide S32自动核酸提取仪磁棒套架卡槽内。

2.3 运行TGuide S32自动核酸提取仪血液自动化提取程序

打开仪器配套Windows Pad，双击Purification图标进入TGuide S32控制程序，点击运行，选择“*DP601-Blood”实验程序文件并点击右下角运行按钮开始实验。

具体实验程序如下表所示：

步骤	槽位	名称	等待时间 (min)	混合时间 (min)	磁吸时间 (s)	混合速度	体积 (μ l)	温度 ($^{\circ}$ C)	强力吸附模式
1	1	裂解	0	2	0	快	900	--	--
2	6	移磁珠	0	0.5	60	快	500	--	是
3	1	结合	0	10	20	快	900	--	是
4	2	漂洗1	0	5	20	快	900	--	是
5	3	漂洗2	0	5	20	快	900	--	是
6	4	漂洗3	0	5	20	快	900	--	是
7	5	洗脱	5	10	120	快	100	75	是
8	6	弃磁珠	0	0.5	0	快	500	--	--

2.4 自动化提取程序结束后，将96深孔板第5列和第11列中的DNA吸出，并于适当条件保存。

DNA浓度及纯度检测

得到的基因组DNA片段的大小与样品保存时间、操作过程中的剪切力等因素有关。得到的DNA片段可用琼脂糖凝胶电泳和紫外分光光度计检测浓度与纯度。

DNA应在OD₂₆₀处有显著吸收峰，OD₂₆₀值为1相当于大约50 µg/ml双链DNA、40 µg/ml单链DNA。

OD₂₆₀/OD₂₈₀比值应为1.7-1.9，如果洗脱时不使用洗脱缓冲液，而使用去离子水，比值会偏低，因为pH值和离子存在会影响光吸收值，但并不表示纯度低。
